


kolorimetriás teszterek

Tesztterek mérőcsíknál pontosabb meghatározást tesznek lehetővé. Használatukhoz reagenstablettára van szükség, melynek hatására a vizsgált vízminta elszíneződik a mérendő paraméter mértékétől függően.

A kapott szín és a skála összehasonlításával könnyedén leolvasható a végeredmény.

Az alábbi táblázat összefoglalja a Dinax Kft. által forgalmazott kolorimetriás teszterek legfontosabb tulajdonságait.



TERMÉK	PARAMÉTER	MÉRÉSEK SZÁMA	MÉRÉSI TARTOMÁNY	SKÁLA OSZTÁSA	TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐ	FONTOS TUDNIVALÓ
						Javasolt
Klór/pH MINI teszter tablettás	szabad aktív klór	korlátlan	0.5 - 5.0 mg/l	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0	rapid DPD1 tablettá rapid DPD3 tablettá	
	összes klór					
	bróm		1.1 - 11.0 mg/l	1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 6.6, 11	rapid DPD1 tablettá	
	pH		6.8 - 8.0	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 8.0	rapid Phenolred tablettá	
Klór/pH teszter tablettás	szabad aktív klór	korlátlan	0.1-1.0 mg/l	0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0	rapid DPD1 tablettá	
	kötött klór		0.5 - 6.0 mg/l	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0		
	bróm		0.22 – 2.2 mg/l	0.22, 0.66, 0.88, 1.1, 1.32, 1.54, 1.76, 2.2	rapid Phenolred tablettá	
	pH		6.8 - 8.2	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2		
Dinax Maradékeménység-mérő	összes keménység	kb. 300	0 - 0.3 nk°	1 csepp = 0.03 nk°		lágýtott víz, RO víz, kazánvíz, ipari víz
Dinax Összkeménység-mérő	összes keménység	kb. 100	0.5-30 nk°	1 csepp=0.5 vagy 1 nk°		hálózati víz, kútív, medencevíz, nem teljesen lágýtott víz
Dewan-50/pH teszter	hidrogén-peroxid (Dewan-50/Dewasil)*	korlátlan	5-50 mg/l	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	rapid Hidrogén-peroxid tablettá rapid Acidifying tablettá	* Dewan 50 szint megállapításához a mértéket szorozza meg 2-vel!
	pH		6.8 - 8.2	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2	rapid Phenolred tablettá	
Dewan-20/pH teszter	aktív oxigén (O ₂)	korlátlan	0.0 - 10.0 mg/l	0.0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0, 10.0	rapid DPD4 tablettá	
	pH		6.8 - 8.2	6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2	rapid Phenolred tablettá	